

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

CENTRUM MEDYCZNE HENDIMED

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

- Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
 - uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; **CARESTREAM CS2100**
 - uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE **OHR/03145/2018**
 - zgoda PWIS – decyzja z dnia **NIE DOTYCZY** na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ *w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/*
- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 - dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy **NIE DOTYCZY**
 - dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy **(od 01.01.2022 do 31.12.2022)** zmierzona dawka efektywna wyniosła: **0,152 mSV**
- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych **NIE DOTYCZY**

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
- Pomiary dozymetryczne: dozymetr środowiskowy

Włodzimierz Hendiger
03-655 Warszawa, ul. Młodzieńcza 4
tel. 602-804-858
Regon 016104201, NIP 524-149-95-29

31.01.2023

podpis kierownika