Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

CENTRUM MEDYCZNE HENDIMED

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

- Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; **CARESTREAM CS2100**
- uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE **OHR/03145/2018**
- zgoda PWIS – decyzja z dnia **NIE DOTYCZY** na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ *w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/*

- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  - dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy **NIE DOTYCZY**
  - dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (01.01.25 – 31.12.2025) zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0,005 mSV
- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych **NIE DOTYCZY**

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:
- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
- Pomiary dozymetryczne: dozymetr środowiskowy

Włodzimierz Hendiger
03-655 Warszawa, ul. Młocińcza 4
tel. 602-804-858
Regon 016104201, NIP 524-149-95-29

31.01.2026

podpis kierownika